

	CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	Código: EQ 3.1
		Edición: PRIMERA
		Fecha: Diciembre 2021
		Página: 1 de 5
		Vigencia: 3 años
PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.		

**PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL
AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS
RELEVANTES DE CESFAM JOSÉ JOAQUÍN
AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN
VICENTE.**

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Marcelo Vera Zúñiga Encargado de mantenimiento CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga	Dina Guerra Campos Encargada de Calidad CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga	Natalia Rios Rojas Directora CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga
02/12/2021	03/12/2020	03/12/2021

	CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	Código: EQ 3.1
		Edición: PRIMERA
		Fecha: Diciembre 2021
		Página: 2 de 5
		Vigencia: 3 años
PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.		

1-. Introducción

Para asegurar la continuidad y buen funcionamiento de los equipos relevantes del Establecimiento en este caso el DEA, autoclave y rayos dentales, es importante que las personas que los utilicen estén debidamente capacitadas; esto también contribuye a la entrega de una atención segura y de calidad para los usuarios.

A continuación, se describe en perfil técnico del personal autorizado para operar estos equipos en CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de Salud Rural de San Vicente.

2-. Objetivo

Establecer el perfil técnico o profesional del personal autorizado para operar equipos médicos relevantes en nuestra institución, tales como equipo de rayos, autoclave y DEA con el fin de garantizar una manipulación segura del equipamiento en el CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de Salud Rural de San Vicente.

	CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	Código: EQ 3.1
		Edición: PRIMERA
		Fecha: Diciembre 2021
		Página: 3 de 5
		Vigencia: 3 años
PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.		

3-. Alcance

Se aplicará a todo el personal que opere los siguientes equipos: DEA, autoclave y rayos dentales.

4-. Documentos de referencia

RICARDO SILVA, FRANCISCO PIZARRO. (2019). PERFIL TECNICO O PROFESIONAL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES EN CESFAM CORDILLERA ANDINA. 02-12-2021, de CESFAM CORDILLERA ANDINA.

5-. Responsable de la ejecución

Encargada unidad dental: Permitir la manipulación del equipo de rayos dentales solo al personal capacitado para ello.

Encargada de esterilización: Permitir la manipulación del autoclave solo a personal capacitado para ello.

Dirección: Es responsabilidad de la Dirección del establecimiento el facilitar las oportunidades de capacitación para todo el personal involucrado con equipos médicos relevantes.

6-. Definiciones

Perfil técnico: Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.

	CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	Código: EQ 3.1
		Edición: PRIMERA
		Fecha: Diciembre 2021
		Página: 4 de 5
		Vigencia: 3 años
PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.		

7-. Desarrollo

Personal autorizado para operar equipos relevantes:

DEA: El DEA puede ser utilizado por aquel individuo que durante su formación cursó con prácticas clínicas como por ejemplo médicos, odontólogos, enfermeras, matronas, kinesiólogos y TENS.

En caso de no encontrarse en esta categoría puede ser utilizado por aquellos funcionarios que tengan capacitación en RCP.

Operador de rayos dentales: Personas del área dental que tenga certificado otorgado por SEREMI de salud que lo habilite como operador de equipo de radiación ionizante y que tenga control dosimétrico al día.

Operadores de Autoclave: Todo personal que cuente con certificados de operador de autoclave vigente (según decreto 10) otorgado por SEREMI de Salud.

8.- Distribución

- a. Dirección del establecimiento
- b. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente
- c. Subdirecciones del establecimiento
- d. Encargado de mantenimiento.
- e. Encargada de unidad Dental
- f. Encargada de esterilización.

	CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	Código: EQ 3.1
		Edición: PRIMERA
		Fecha: Diciembre 2021
		Página: 5 de 5
		Vigencia: 3 años
PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSE JOAQUIN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.		

10-. Tabla de Modificaciones

Edición número	Motivo del cambio	Fecha de aprobación
Primera	Elaboración de Documento	03-12-2021
Segunda		Día de mes de año
Tercera		Día de mes de año